



ANALI - 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:  
[http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/analitico\\_analitico\\_095.htm](http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/analitico_analitico_095.htm)**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 103665/2021A**  
**ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS****Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"**

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2021.	
<b>MIRALUPA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</b>	Av Guaratingueta , 980 - Jardim Alzira Franco
Solicitante: Fábio Bazarim	CEP: 09.290-270 - Santo Andre /SP

Material: Máscaras Descartáveis Infantil	
Data de entrada: 10/02/2021	Hora de entrada: 15:59
Embalagem: Caixinhas	Condições de transporte: Temperatura ambiente



**Descrição da amostra:**

Marca: Miralupa Lote: Não referido Composição: Dupla camada - camada 1 TNT 20 gramas e camada 2 filtro 26 gramas Gramatura: Camada 1 - 20 gramas e camada 2 - 26 gramas Quantidade de Camadas: 2 Camadas Cor: Colorido Tamanho: 7,5cm x 14,5cm Fabricante: Miralupa Indústria de Equipamentos		
Nº do Produto: 01	Data de Fabricação: 02/2021	Data de Validade: Não referido

**Micro-organismo utilizado:** *Staphylococcus aureus* ATCC 6538**Resultado:** A amostra apresentou 99,10% de eficiência de filtração bacteriana.**Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004**

BFE% $\geq$ 95%	Aprovada
BFE% <95%	Reprovada

**Metodologia:** ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos**Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica  CRBio: 18.098-01	Gerente de Laboratório  Paula de Maio Trezza CRBio: 48.933/01-D
---	---

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

**Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:**<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em [www.controlbio.com.br](http://www.controlbio.com.br).